



LICITAÇÕES PMPBJ &lt;licitacoes.pirapora@gmail.com&gt;

---

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 10/2021 - PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS - ITEM 05 - OXIMETRO DE PULSO - Data 27/08/2021**

2 mensagens

---

**Caroline Souza - IMAGEMSP** <licitacao@imagem.med.br>  
Para: licitacoes.pirapora@gmail.com

24 de agosto de 2021 11:49

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS****PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502, 1608 e 1644**

**A IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de Barueri, São Paulo, na Av. Juruá, 105 – G10,11 e 12 inscrita no CNPJ sob o n.º 59.269.654/0001-68, neste ato representada por seu procurador, vem, tempestivamente, com fulcro no artigo 12 do Decreto 3.555/2000, oferecer o presente:

**I - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Ao Edital do Pregão Eletrônico em referência, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

**II - DOS FATOS**

Trata-se de Pregão Eletrônico promovido pelo **PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

Na leitura do Edital, algumas dúvidas surgiram, onde requer-se o esclarecimento abaixo mencionado, O prévio esclarecimento dessas especificações técnicas, a fim de assegurar que as empresas interessadas ofereçam devidamente seus produtos.

Assim, a ora manifestante solicita a análise do mérito deste pedido, conforme as questões de direito descritas abaixo.

### **III -- DO DIREITO**

A respeito das exigências constantes no edital de número nº 10/2021, a manifestante solicita os esclarecimentos abaixo:

#### **TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I**

**REFERENTE AO ITEM 5:** Oxímetro de Pulso

#### **O EDITAL SOLICITA:**

**ITEM 5 -** Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. Indicado para uso adulto, pediátrico e/ou neonatal..

#### **ESCLARECER:**

“... O oxímetro solicitado é de mesa ou portátil?;

Qual o tipo de alimentação: bateria ou pilha (recarregável ou não)

Qual a autonomia de utilização da bateria ou pilha?...”

Considerando o que dispõe o artigo 3º, § 1º, da Lei Nº 8666/93, referente a igualdade, sugerimos as alterações do ponto destacado acima, uma vez que, a alteração possibilitará que mais fornecedores consigam atender ao descritivo, aumentando também as chances da administração selecionar um objeto de melhor qualidade pelo menor preço.

### **IV -- DO PEDIDO**

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a obtenção de produtos que efetivamente atendam às necessidades do Poder Público, no que se refere ao item supramencionado, requer sejam esclarecidas as dúvidas acima pontuadas, como medida da mais legítima justiça. Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 24 de agosto de 2021.

---

 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PP 10-2021 - PIRAPORA DE BOM JESUS - ITEM 5 - OXIMETRO**  
**24.08.2021.pdf**  
622K

---

**LICITAÇÕES** <licitacoes.pirapora@gmail.com>

24 de agosto de 2021 13:08

Para: Secretaria Municipal de Saude - Pirapora do Bom Jesus <secsaudepirapora@yahoo.com.br>

Outro pedido de esclarecimento. Favor responder através de Ofício, diretamente à este Setor, no prazo de 24 horas.

Marcelo - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Att,

Departamento de Licitações



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

---

 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PP 10-2021 - PIRAPORA DE BOM JESUS - ITEM 5 - OXIMETRO**  
**24.08.2021.pdf**  
622K