



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício SMS 080/2021

Sr. Marcelo Pontes Leite
Licitações

Assunto: NOTA DE ESCLARECIMENTO nº 2
PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502, 1608 e 1644
REFERENTE AO ITEM 5: Oxímetro de Pulso

Solicitante: IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.

Pirapora do Bom Jesus, 26 de Agosto de 2021.

Prezado Senhor,

Em resposta aos pedidos de esclarecimentos acerca do item supra do P.E 10/21, quais sejam:

ITEM 5 - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. Indicado para uso adulto, pediátrico e/ou neonatal.

ESCLARECER:

"... O oxímetro solicitado é de mesa ou portátil?;

Qual o tipo de alimentação: bateria ou pilha (recarregável ou não)

Qual a autonomia de utilização da bateria ou pilha?..."

ESCLARECIMENTOS

1. Em relação ao questionamento 1, esclarecemos que o oxímetro é de mesa com 1 sensor;
2. Em relação ao questionamento 2, esclarecemos o tipo de alimentação é a bateria,
3. Em relação ao questionamento 3, esclarecemos que é Bateria interna recarregável de lítio, com autonomia de 4 à 5 horas.

Atenciosamente,


Enf. Leandro de Queiroz Lima
Secretário Municipal de Saúde


Marcelo Pontes Leite
Diretor de Licitações e Contratos
26/08/2021